

상 세 규 격 서

구분	품명	단 위	수 량	비고
1	UNMOUNTED STEP VARIABLE ND FILTER	ea	2	
2	UNMOUNTED STEP VARIABLE ND FILTER	ea	4	
3	POST MOUNT ASSEMBLY FOR ROUND	ea	6	

상 세 내 역

1. 구성

1. UNMOUNTED STEP VARIABLE ND FILTER
2. UNMOUNTED STEP VARIABLE ND FILTER
3. POST MOUNT ASSEMBLY FOR ROUND

2. 규격

1. UNMOUNTED STEP VARIABLE ND FILTER



- OD Range : 0.04 - 3.0 in 8 Steps
- Filter Size : Ø50 mm (8 Step Versions)
- Thickness : 2.0 mm
- Transmission Range : 240 - 1200 nm

2. UNMOUNTED STEP VARIABLE ND FILTER



- OD Range : 0.04 - 4.0 in 10 Steps
- Filter Size : Ø100 mm (10 Step Version)
- Thickness : 2.0 mm
- Transmission Range : 240 - 1200 nm

3. POST MOUNT ASSEMBLY FOR ROUND



- Adapters for both 8-32 and M4 mounting holes are included with each mount
- The hex bolt threads into a 0.75" long Ø6 mm rod, the rotation of which may be locked using the included 0.050" hex key

3. 기타사항

가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 XR 디바이스 개발 지원센터 106호

나. 설치개요 : 규격서의 조건에 맞는 광학 소자 납품

다. 납품기한 : 계약일로 부터 30일 이내

라. 계약의 이행

- 1) 본 규격서에 대한 주계약자(이하 “계약자” 라 한다)와 발주기관 간의 해석상 이견은 발주기관의 해석에 따라야 하며, 본 규격서에 특별히 명시되지 않은 사항은 정부계약법 등의 규정과 일반 관례에 따른다.
- 2) 발주기관은 계약내용 전부에 대한 권리를 행사할 수 있으며 계약자는 이에 대하여 전적으로 동의해야 한다.
- 3) 본 규격서에 명시된 모든 조항은 본 사업의 원활한 추진에 필요한 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 정상운영 및 서비스에

문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전 조치를 취하여야 한다.

- 4) 본 규격서에서 요구하는 성능 및 특성에 대해 계약자의 오인 또는 누락된 상태로 계약 체결되어, 계약 후 이를 보완하기 위한 설계 변경, 물품 등을 추가해야 할 경우 계약자 부담으로 시행한다.
- 5) 계약자는 공급하는 제품의 성능, 품질 등에 대한 최종적인 책임을 진다.

4. 기타조건

가. 납품기한 : 계약 후 30일 이내

다. 규격관련 문의사항 : 정세화 연구원 : 054-460-9054